



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w WARSZAWIE**

ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa
tel. 22 581 91 31, fax. 22 581 90 15, oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

ul. 10 Lutego 22, 08-110 Siedlce,
tel. 25 632 23 71, fax. 25 632 74 40, oum.warszawa.siedlce@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak fabryczny: R320 RS3000 PM

Nr fabryczny: 3634156

Producent: Rinstrum Europe GmbH Niemcy

Nr certyfikatu: T 11438

Rok produkcji: 2021

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia: 13 grudnia 2025 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

BLS Błażej Sulich ul. Kościuszki 159, 07-100 Węgrów

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 3000 kg

Obciążenie minimalne Min 20 kg

Działka legalizacyjna $e = 1$ kg

Działka elementarna $d = 1$ kg

Klasa dokładności III

WNIOSKODAWCA

BLS Błażej Sulich ul. Kościuszki 159, 07-100 Węgrów - użytkownik

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na: tabliczce znamionowej i obudowie miernika wagi (naklejki IPL4 XII 25).
Cechy zabezpieczające w liczbie 4 szt. umieszczono na: obudowie miernika i skrzynce podłączeniowej przetworników wagi (naklejki IPL4). Zabezpieczenie stanowi liczba kontrolna z przeprowadzonych adiustacji wynosząca C00010 oznaczona cechą urzędu przy tabliczce znamionowej i przechowywana w pamięci miernika wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z jednej strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM01.WZ4.45.1215.2023.4-1

Data wystawienia: 13 listopada 2023 r.



up.

STARSZY INSPEKTOR

Robert Tchórzewski



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w WARSZAWIE
ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa
tel. 22 581 91 31, fax. 22 581 90 15, oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl
Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
ul. 10 Lutego 22, 08-110 Siedlce,
tel. 25 632 23 71, fax. 25 632 74 40, oum.warszawa.siedlce@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak fabryczny: R420 RS50 SB

Nr fabryczny: 3606033

Producent: Rinstrum Europe GmbH Niemcy

Nr certyfikatu: T 6822

Rok produkcji: 2021

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia: 13 grudnia 2025 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

BLS Błażej Sulich ul. Kościuszki 159, 07-100 Węgrów

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 50000 kg

Obciążenie minimalne Min 400 kg

Działka legalizacyjna $e = 20$ kg

Działka elementarna $d = 20$ kg

Klasa dokładności III

WNOSKODAWCA

BLS Błażej Sulich ul. Kościuszki 159, 07-100 Węgrów - użytkownik

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzonych wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na: tabliczce znamionowej i obudowie miernika wagi (naklejki 1PL4 XII 25).

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 szt. umieszczono na: przyłączu kabla pomiarowego, na dostępie do adiustacji i skrzynce podłączeniowej przetworników wagi (naklejki 1PL4). Zabezpieczenie stanowi liczba kontrolna z przeprowadzonych adiustacji wynosząca C0013 oznaczona cechą urzędu przy tabliczce znamionowej i przechowywana w pamięci miernika wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z jednej strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM01.WZ4.45.1215.2023.4-2

Data wystawienia: 13 listopada 2023 r.



up.

STARSZY INSPEKTOR

Robert Tchórzewski